

入札に関する質問の回答について

- 1 件 名 学校教材備品購入(理科振興備品)
- 2 入札に関する質問について、下記のとおり回答します。

No.	質 問	回 答
1	記号 B6 クルックス管補充部品 B10-2482 が中止品になります。後継品 B10-2484 になりますがよろしいでしょうか。	同等品として認めます。